HESTORE.HU
elektronikai alkatrész áruház

EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

Ismertető

Egyenfeszültség mérése

Méréshatár	**Felbontás**	**Pontosság (18-28 ’C)**
200 mV	100uV	+/-05% +/- 3dg.
2V	1 mV	+/-05% +/- 3dg.
20V	10mV	+/-05% +/- 3dg.
200V	100 mV	+/-05% +/- 3dg.
600V	1 V	+/- 0,8% +/- 5dg.
Maximális bemenő feszültség 600 V DC vagy rms AC csúcs (max 250 V csúcs a 200 mV-os méréshatárban)		

Váltakozó feszültség mérése

Méréshatár	**Felbontás**	**Frekvencia**	**Pontosság (18-28 ’c)**
200 V	100mV	40 Hz-400Hz	+/- 1,2% +/- 10 dg.
600V	1V	40 Hz-400Hz	+/- 1,2% +/- 10 dg.
Maximális bemenő feszültség: 600 V dC vagy AC rms (kijelzésre a szinuszos átlagérték kéerül)			

Egyenáram mérése

Méréshatár	**Felbontás**	**Pontosság (18-28 ’C)**
20 uA	0,01 uA	+/-1% +/-3dg.
200 uA	0,1 uA	+/-1% +/-3dg.
2 mA	1uA	+/-1% +/-3dg.
20 mA	10uA	+/-1% +/-5dg.
200mA	100uA	+/-1,5% +/-5dg.
10A	1mA	+/-3% +/-10dg.
Túlterhelés védelem: F1 205 mA/250V; 10 A/250 V biztosíték.		

Ellenállás mérése

Méréshatár	**Felbontás**	**Pontosság (18-28 ’C)**
200 Ω	0.1 Ω	+/- 0,8% +/- 5 dg.
2 Ω	1 Ω	+/- 0,8% +/- 2 dg.

20 Ω	10 Ω	+/- 0,8% +/- 2 dg.
200Ω	100 Ω	+/- 0,8% +/- 2 dg.
2 MΩ	1 KΩ	+/- 1,0% +/- 3 dg.
Maximális mérőfeszültség nyitott körben 3,2 V; Túlterhelés védelem: 250V DC vagy rms AC		

Szakadásvizsgálat

Dióda vizsgálata

Mértérték rögzítése

Elem- és biztosítékcsere

Fontos előírások

Műszaki adatok

kijelző: ……..3,5 dgites LCD
polaritás kijelzése: ……automatikus
mérések gyakorisága……..2-3/másodperc
méréshatár túllépése esetén……”1” kijelzése
üzemi hőmérséklet (80% relatív páratartalom alatt):……..0-40 ’C
tárolási hőmérésklet…….. -10-50 ’C
tápellátás:…….. 9V-os telep (6F22)
méret:……...138x69x31 mm
tömeg:…….. 170g

tartozékok:
használati utasítás 1db
telep (a készülékben) 1db
mérőzsinórkészlet: 1db
kitámasztható védőtok 1db